

Tabella 1. Schema sinottico delle metodologie per il controllo analitico delle acque destinate al consumo umano ai sensi del DL.vo n. 31/2001

Parametro	Rif. DL.vo 31/2001 Allegato I	Principio del metodo	Codice del metodo	Rif. prec. edizioni
<i>Escherichia coli</i>	Parte A	MPN (*) a multi-pozzetto	ISS A 001A rev. 00	-
		Filtrazione su membrana	ISS A 001B rev. 00	-
		Filtrazione su membrana	ISS A 001C rev. 00	-
Enterococchi	Parte A	Filtrazione su membrana	ISS A 002A rev. 00	-
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Parte A e Avvertenza	Filtrazione su membrana	ISS A 003A rev. 00	sostituisce 00/14 p. 353
Conteggio colonie	Parte A e C	Inclusione in agar	ISS A 004A rev. 00	sostituisce 97/8 p. 179
<i>Clostridium perfringens</i>	Parte C	Filtrazione su membrana	ISS A 005A rev. 00	-
		Filtrazione su membrana	ISS A 005B rev. 00	-
Coliformi a 37 °C	Parte C	MPN (*) a multi-pozzetto	ISS A 006A rev. 00	-
		Filtrazione su membrana	ISS A 006B rev. 00	sostituisce 97/8 p. 156
		Filtrazione su membrana	ISS A 006C rev. 00	-
Alghe	Avvertenza	Sedimentazione con tecnica di microscopia	ISS A 007A rev. 00	sostituisce 00/14 p. 245
Batteriofagi anti- <i>Escherichia coli</i>	Avvertenza	MPN (*)	ISS A 008A rev. 00	sostituiscono
		Conteggio placche di lisi	ISS A 008B rev. 00	00/14 p. 275
		Presenza/Assenza	ISS A 008C rev. 00	
Batteriofagi a RNA F Specifici	Supplementare	Produzione placche di lisi	ISS A 009A rev. 00	-
Nematodi a vita libera	Avvertenza	Sedimentazione con tecnica di microscopia	ISS A 010A rev. 00	-
		Filtrazione su membrana con tecnica di microscopia	ISS A 010B rev. 00	-
<i>Salmonella</i>	Avvertenza	Presenza/Assenza	ISS A 011A rev. 00	sostituiscono
		Presenza/Assenza	ISS A 011B rev. 00	00/14 p. 361
		Presenza/Assenza	ISS A 011C rev. 00	
<i>Shigella</i>	Avvertenza	Presenza/Assenza	ISS A 012A rev. 00	sostituiscono
		Presenza/Assenza	ISS A 012B rev. 00	00/14 p. 371
		Presenza/Assenza	ISS A 012C rev. 00	
<i>Vibrio</i>	Avvertenza	Presenza/Assenza	ISS A 013A rev. 00	sostituisce 00/14 p. 399
<i>Aeromonas</i>	Supplementare	Filtrazione su membrana	ISS A 014A rev. 00	sostituisce 00/14 p. 407
Enterovirus	Avvertenza	Concentrazione e isolamento su colture cellulari, immunofluoresc., ELISA, pcr	ISS A 015A rev. 00	sostituisce 00/14 p. 309
Funghi	Avvertenza	Filtrazione su membrana	ISS A 016A rev. 00	sostituiscono
		Filtrazione su membrana	ISS A 016B rev. 00	00/14 p. 329
		Filtrazione su membrana	ISS A 016C rev. 00	
<i>Giardia e Cryptosporidium</i>	Avvertenza e nota	Filtrazione su capsula e immunofluoresc. diretta	ISS A 017A rev. 00	sostituisce 00/14 p. 335
		Filtrazione su filtri di dischi di schiuma compressa e immunofluoresc. diretta	ISS A 017B rev. 00	-
		PCR e nested PCR	ISS A 017C rev. 00	-
		RT-PCR	ISS A 017D rev. 00	-
<i>Stafilococchi patogeni</i>	Avvertenza	Filtrazione su membrana	ISS A 018A rev. 00	sostituisce 00/14 p. 387
		Filtrazione su membrana	ISS A 018B rev. 00	-

(*) Most Probable Number